


MANUAL DE USUARIO

HR35 Monitor de Frecuencia cardiaca

www.igpsport.es



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

1. CONTENIDO

- 1x Monitor de frecuencia cardiaca HR35
- 1x Correa para el pecho
- 1x Pila de botón CR2032
- 1x Manual de usuario

2. ACOMODAR EL MONITOR HR35


1. Humedezca el área del electrodo de la correa del pecho.



2. Coloque el monitor de ritmo cardíaco en la correa del pecho. Por favor, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho deben estar en concordancia con su mano izquierda y derecha -L (izquierda) y R (derecha) en el monitor HR35-.



3. Ajuste la longitud de la correa para que se acople a su pecho de manera firme y cómoda y asegúrese de que el área húmeda del electrodo toque firmemente la piel.



3. MANTENIMIENTO

Como producto electrónico de alta tecnología, el mantenimiento adecuado y correcto alargará la vida del HR35.

Monitor de frecuencia cardiaca

Separe el monitor de ritmo cardíaco de la correa para el pecho cuando no los use. Límpielo con un paño suave y no utilice ningún limpiador químico para ello.

Correa

Lave a mano la correa con agua limpia y deje que se seque de forma natural. No lave ni seque la correa en máquinas.

No utilice ningún limpiador químico para el lavado de la correa ya que podría causar daños como roturas o grietas y acortará la vida útil de la correa.

No sobreestire la correa ni doble o pliegue la correa por el área del electrodo. Guarde la correa en un lugar fresco y seco.

4. APPS COMPATIBLES

El monitor de frecuencia cardiaca HR35 es compatible con la gran mayoría de aplicaciones conocidas del mercado:

- Endomondo
- Strava
- Sports Tracker
- Runtastic
- Wahoo Fitness

5. BATERÍA

El HR35 funciona con una pila de botón CR2032 (ya instalada) con una autonomía de hasta 800 horas.

Cambio de batería

1. Separe el monitor de ritmo cardíaco de la correa para el pecho cuando no los use. Límpielo con un paño suave y no utilice ningún limpiador químico para ello.



2. Retire y deseche la pila de acuerdo con la normativa y legislación local.



3. Instale la nueva pila (mantenga el lado positivo (+) hacia arriba), y cierre la cubierta de la batería girándola hacia el lado derecho.



Para evitar peligros mantenga las pilas alejadas de los niños y fuego.

6. CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MAESTRO (ANT+ / BLUETOOTH 4.0)

Cambio de batería

1. Colóquese el monitor de frecuencia cardiaca HR35 de forma correcta para activarlo.

2. Busque el monitor de frecuencia cardiaca siguiendo los pasos del dispositivo al que quiere conectarlo (GPS, Ciclocomputador, App para smartphones/tablets...)

Notas:

1. El HR35 es compatible con el protocolo estándar ANT+ como monitor de frecuencia cardiaca.
2. El HR35 es compatible con la transmisión inalámbrica Bluetooth 4.0 como monitor de frecuencia cardiaca.

7. ESPECIFICACIONES

Dispositivo Monitor de frecuencia cardiaca de doble banda con alta sensibilidad.

Resistencia al agua IPX7

Longitud correa pecho 65-95 cm

Peso 55g(pila de botón CR2032 incluida)

Dimensiones 59.5×33.5×10.5 mm

Rango de medición 30-240 lpm

Transmisión inalámbrica Bluetooth 4.0 y ANT+ / 2.4G

Autonomía Hasta 800 horas (uso normal)

Contenido 1x HR35
1x Correa para el pecho
1x Pila de botón CR2032
1x Manual de usuario

8. CONTACTA CON NOSOTROS

España & Portuguesa

Web española: www.igpsport.es

Distribuidor oficial: DOPE WALIO S.L.

Dirección: Av. Manoteras 38, 28050, Madrid

Tel: +34 912330044

Email: hola@igpsport.es

Global

Web internacional: www.igpsport.com

Fabricante: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

Dirección: Hongshan District, Wuhan City,

Hubei Province, China.

Tel: (86)27-87835568

Email: info@igpsport.com, service@igpsport.com